

WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

TEL.: 652 80 58, 655 80 50, FAX: 652 38 54

NIP 947-18-87-289, REG. 473066188

Nasz znak: ZP/11/19/W

Łódź, dn. 2 grudnia 2019 r.

Do zainteresowanych prowadzonym postępowaniem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla WSRM w Łodzi.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na dostawę urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla WSRM w Łodzi. W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia.

Pytanie 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji parametru o treści: Możliwość prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej dzieci w sekwencji kompresji do oddechów ratowniczych równej 15:2 Parametr nie wymagany, ale punktowany: 2 pkt ? W obecnym kształcie parametr ten faworyzuje urządzenie Corpulse CPR jednego producenta, oferowane w Polsce przez firmę Medline Sp. z o.o.. Informujemy, że pomimo deklaracji producenta, żadne urządzenie do mechanicznej torakokompresji dostępne na rynku nie ma badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo u pacjentów pediatrycznych. Dodatkowo informujemy, że badanie: IMPACT OF A CORPULS CPR MECHANICAL

CHEST COMPRESSION DEVICE ON CHESTCOMPRESSION QUALITY DURING EXTENDEDPAEDIATRIC MANIKIN RESUSCITATION: A RANDOMIZED CROSSOVER PILOT STUDY autorstwa Wojciech Wieczorek i Halla Kaminska opublikowane w Disaster and Emergency Medicine Journal 2017, Vol. 2, No. 2, 58–63, przeprowadzone na symulatorze pediatrycznym wysokiej wierności wskazuje na możliwość poważnych urazów u takiego pacjenta.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji parametru o treści: Możliwość stosowania urządzenia u osób o szerokości klatki piersiowej min. 46 cm

Parametr nie wymagany, ale punktowany: 1 pkt ? W obecnym kształcie parametr ten faworyzuje urządzenie Corpulse CPR jednego producenta, oferowane w Polsce przez firmę Medline Sp. z o.o.. Podana różnica nie ma znaczenia terapeutycznego, wszystkie urządzenia do mechanicznej torakokompresji, dostępne na rynku wykonują kompresję u pacjentów z szerokością klatki piersiowej poniżej 45 cm, z wyjątkiem urządzenia Corpulse CPR, które dopuszcza szerokość klatki piersiowej do 48cm. Dodatkowo informujemy, że konstrukcja tego urządzenia umożliwia jego instalację u pacjentów o szerszej klatce piersiowej niż 48cm, co skutkuje za każdym razem nieprawidłową pozycją tłoka ustawionym na lateralnej części klatki piersiowej, co przekłada się na niską jakość RKO i zwiększa urazy klatki piersiowej.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji parametru o treści: Czas pracy na jednym akumulatorze powyżej 45 minut Parametr nie wymagany, ale punktowany: 2 pkt? W obecnym kształcie parametr ten faworyzuje urządzenie Corpulse CPR jednego producenta, oferowane w Polsce przez firmę Medline Sp. z o.o.. Parametr ten nie ma znacznie terapeutycznego, gdyż zazwyczaj RKO trwa krócej niż 45 minut, a w przypadku niskiego stanu naładowania akumulatora lub przedłużającej się RKO zawsze można skorzystać z zasilania zewnętrznego 230V lub 12V, którego również wymaga Zamawiający.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy:

Dotyczy § 6 ust.1

Czy Zamawiający dokona zmiany poniższych zapisów umowy :

b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§2 ust. 1 Umowy)– w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

c) za opóźnienie w wymianie wadliwego sprzętu na nowy i wolny od wad, zgodny z zamówieniem co do ilości i jakości – w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

na zapis:

b) niedotrzymanie terminu wykonania umowy (§2 ust. 1 Umowy)– w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

c) za opóźnienie w wymianie wadliwego sprzętu na nowy i wolny od wad, zgodny z zamówieniem co do ilości i jakości – w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy zapisu : §4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie ,że zapisy umowy w § 4 dotyczą warunków wyłącznie realizacji dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 19.12.2019 roku?

Zapisy § 4 projektu umowy dotyczą warunków realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust 1 umowy (termin zgodny ze złożoną ofertą).

Pytanie 6

Dotyczy zapisu warunków gwarancji :

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie warunków serwisowych w okresie trwania gwarancji tj.:

- Jaki jest wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki w urządzeniu będącym przedmiotem dostawy ?

- Jaki jest wymagany czas naprawy urządzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia ?

- Czy Zamawiający będzie wymagał na czas naprawy dostarczenia od Wykonawcy urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach niż przedmiot zamówienia?

Zamawiający będzie wymagał, aby czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki wynosił do 72 godzin.

Zamawiający będzie wymagał, aby czas naprawy urządzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia wynosił do 10 dni.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby na czas naprawy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu urządzenie zastępcze.

Pytanie 7

Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru 17 Opisu Przedmiotu Zamówienia, urządzenie, które posiada możliwość transmisji danych medycznych z przebiegu RKO za pomocą karty SD? Taka forma transmisji danych wg naszej najlepszej wiedzy, jest najbezpieczniejszym sposobem do przesyłu danych, która niweluje skutki przesyłu informacji na odległość i uszkodzenia danych w trakcie ich przesyłania.

Zamawiający dopuszcza zapis danych medycznych z przebiegu RKO za pomocą karty SD.

Pytanie 8

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności posiadania zewnętrznej ładowarki na rzecz ładowarki wbudowanej w urządzenie? Ten sposób ładowania jest najbardziej intuicyjny i zmniejsza ilość akcesoriów w ramach wyposażenia jednego kompletu do użycia.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do końca grudnia 2019 roku? Swoją prośbę argumentujemy faktem, że dane urządzenia, biorąc bogate wyposażenie, będą bezpośrednio kompletowane i wysyłane z ramienia producenta.


Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczone urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej miało możliwość płynnej regulacji ustawień głębokości i częstości uciśnień w trakcie RKO? Znacząco może to wpłynąć na jakość prowadzonych medycznych działań ratunkowych w trakcie zatrzymania krążenia.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.


DYREKTOR
ds. Administracyjnych
WSRM w Łodzi
dr n. ekon. Witold Olszewski