



ZP /2/20/W

Łódź, dn. 10 marca 2020 r.

**Do zainteresowanych  
postępowaniem przetargowym**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch motoambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby ratownictwa medycznego dla WSRM w Łodzi.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie treści SIWZ następującej treści:

**Pytanie 1**

Zamawiający w aktualnym kształcie przedmiotu zamówienia narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców umożliwiając zaoferowanie tylko jednego produktu jednego producenta.

Tym samym proszę o zmianę pkt 16 treści OPZ z zapisu: "Skrzynia biegów DCT (sekwencyjna automatyczna sześciostopniowa) " na zapis: "skrzynia manualna"

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator AED Pro znanego producenta ZOLL z zakresem energii dla dorosłych 120-200J, a u dzieci z zakresem energii 50-85J?

Uzasadnienie

Zgodnie z wytycznymi ERC zakres stosowanej energii podczas resuscytacji uzależniona jest od zastosowanej fali wyładowania /Wytyczne resuscytacji 2015 r., Rozdział 3, podrozdział 3.5 str.145/. Istnieją dwa główne rodzaje fali dwufazowej: wykładniczo ścięta (biphasic truncated exponential – BTE) oraz rektaliniarna (rectilinear biphasic -RLB). W jednej zaleca się stosowanie energii max 360, a w drugiej energii max 200J, przy czym skuteczność wyładowania jest taka sama.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator AED Pro znanego producenta ZOLL o czasie ładowania do 200J poniżej 10 sek?

Uzasadnienie:

Czas ładowania urządzenia nie ma istotnego znaczenia ponieważ do czasu naładowania urządzenia do właściwej energii, ratownik ma prowadzić BLS tak, aby minimalizować przerwy między uciskami do max 5 sek.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.**

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator AED Pro znanego producenta ZOLL o protokole wyładowania dla dorosłych 120/150/200J?

Uzasadnienie:

Zgodnie z wytycznymi ERC /Wytyczne resuscytacji 2015r , Rozdział 3, Podrozdział 3.5 str145/ protokół wyładowania uzależniony jest od zastosowanej fali wyładowania. ERC dopuszcza na zasadzie równoważności protokół 200/300/360J z protokołem 120/150/200J.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator AED Pro znanego producenta ZOLL ze wskaźnikiem sygnalizacji naładowania baterii akustycznym uruchamianym w sytuacji gdy bateria będzie miała zapas energii na 100 wyładowań max energia 200J?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator AED Pro znanego producenta ZOLL z bateria nieładowna z minimalnym okresem żywotności do 5 lat lub 300 wyładowań max energią 200J?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator AED Pro znanego producenta ZOLL z torbą transportową bez dodatkowych kieszeni?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.**

DYREKTOR  
ds. Administracyjnych  
WSRM w Łodzi .  
*dr inż. Witold Olszewski*