

WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

TEL.: 652 80 58, 655 80 50, FAX: 652 38 54

NIP 947-18-87-289, REG. 473066188

Łódź, dn. 26 listopada 2018 r.

**Do zainteresowanych
zapytaniem ofertowym**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę rentgena stomatologicznego i aparatu EKG dla WSRM w Łodzi

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie treści zapytania ofertowego następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG o wadze 1,4 kg?

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada przetwornik A/C 14 bit?

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG z automatycznym filtrem linii izoelektrycznej?

Zamawiający dopuszcza aparat EKG z automatycznym filtrem linii izoelektrycznej.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG o wadze 1,3 kg?

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego

Pytanie 5

Pytanie do pkt. 17

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z przetwarzaniem analogowo- cyfrowym A/D 13 bitów ?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Pytanie do pkt. 20

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wadze 5,7 kg ?

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG działał w ramach oprogramowania, które umożliwia nie tylko archiwizację wyników aparatu EKG, ale również holtera EKG, holtera ABPM, spirometrii, ergospirometrii i próby wysiłkowej

Zamawiający nie wymaga.

DYREKTOR
ds. Administracyjnych
WSRM w Łodzi
dr n. ekon. Witold Olszewski