



DEA.ZP-2910/6/2021

Łódź, dnia 27.04.2021 r.

**Do zainteresowanych
prowadzonym postępowaniem**

Dotyczy: zapytania ofertowego dostawę pomp infuzyjnych strzykawkowych.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia.

Pytanie 1

Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z automatycznym rozpoznawaniem i ręcznym chwytem strzykawek? Takie rozwiązanie jest niezawodne i praktyczne, a dodatkowo umożliwia przygotowanie zestawu przy wyłączonym urządzeniu gwarantując dodatkowy czas, który jest niezwykle ważny szczególnie dla ratownictwa medycznego.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Prosimy o podanie ile max. pomp ma być zamontowanych w każdym ambulansie na uchwycie ściennym?

W ambulansie ZRM na uchwycie ściennym montowana jest jedna pompa.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
WSRM w Łodzi

dr n. ekon. Witold Olszewski

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP