



Nasz znak: DEA.ZP-2910/14/2021

Łódź, dnia 29 lipca 2021 r.

**Do zainteresowanych
Prowadzonym postępowaniem**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę defibrylatora z funkcją transmisji danych dla WSRM w Łodzi.

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące prowadzonego postępowania. W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia.

Pytanie 1

Wyposażony w torbę transportową oraz certyfikowany uchwyt karetkowy.

Czy Zamawiający oczekuje aby certyfikowany uchwyt karetkowy był wyposażony w system ładowania urządzenia z sieci 12V – takie rozwiązanie pozwoli ratownikom na komfort pracy oraz pewność, że urządzenie będzie zawsze naładowane i gotowe do pracy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 2

Ładowanie akumulatorów w zewnętrznej ładowarce, zasilanej prądem 230 V i 12 V.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator posiadający mocowania ściennie spełniające normę PN EN 1789 z funkcją automatycznego ładowania urządzenia po wpięciu defibrylatora w mocowanie ściennie wewnątrz ambulansu? Takie rozwiązanie pozwoli na usprawnienie pracy zespołów ratownictwa medycznego po przez brak konieczności pamiętania o ładowaniu akumulatorów urządzenia. Takie rozwiązanie pozwoli jednocześnie Zamawiającemu na otrzymania bardziej konkurencyjnej oferty od potencjalnych oferentów.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 3

Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie, które testuje się automatycznie bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności przez operatora przy każdym jego uruchomieniu? Takie rozwiązanie daje większe bezpieczeństwo oraz poczucie komfortu pracy personelowi medycznemu zapewniając go o sprawności oraz gotowości urządzenia do pracy; test wykonywany automatycznie o określonej porze raz na dobę daje tylko informację, że w chwili wykonywania wspomnianego testu „dobowego” urządzenie było sprawne, ale o tym czy np. 2 h po wykonaniu testu urządzenie jest sprawne czy już nie.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 4

Defibrylacja przez łyżki i elektrody naklejane w wyposażeniu łyżki dziecięcej.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie co rozumie przez pojęcie łyżki dziecięcej? Czy jako dziecko mamy traktować osobę, która zgodnie z kanonami pediatrii jest osobą powyżej 1 roku życia?

Zamawiający wymaga zaoferowania defibrylatora z łyżkami z możliwością defibrylacji dzieci

Pytanie 5

Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylatora (wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, wydruk).

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie, które pozwala na automatyczny wydruk po każdej defibrylacji? Takie rozwiązanie znacząco usprawni pracę zespołów ratownictwa medycznego, pozwalając na automatyczne wykonywanie niektórych czynności urządzeniu. Jednocześnie pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie bardziej konkurencyjnej oferty od potencjalnych oferentów.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

Pytanie 6

Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator umożliwiający nieinwazyjną stymulację w częstotliwości od 30 do 150 impulsów/ minutę? Z punktu widzenia medycznego 20 uderzeń na minutę nie będzie miało większego znaczenia w przypadku stymulacji tachyarytmii komorowych, które najczęściej są umiarawiane za pomocą farmakoterapii- po konsultacji z Krzysztofem Ulbrychem uważam, że nie powinniśmy zadawać o oto pytania- Zamawiający oczekuje stymulacji w zakresie od 40 do 170 uderzeń/ minutę, ale nie określa w jakim trybie ma się to odbywać. Nasze urządzenie stymuluje w trybach fix oraz deamond w zakresie od 30 do 150 uderzeń/ minutę, ale w trybie overdrive robi to w zakresie od 30 do 300 uderzeń/ minutę. Tryb overdrive jest pochodną trybu fix stymulujący w szerszym zakresie częstotliwości.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 7

Regulacja prądu stymulacji min. 0-200mA.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator umożliwiający nieinwazyjną stymulację z natężeniem prądu od 0 do 150 mA- oferowanym przez nas defibrylatorze występują najnowszej generacji kondensatory pozwalające na generowanie dużo większego napięcia – tworzone z myślą o stymulacji przezskórnej. Jako dowód pragniemy poinformować Zamawiającego, że najnowsze badania pokazują, że skuteczne natężenie mieści się w przedziale oferowanym przez nasz defibrylator. Jednocześnie pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie bardziej konkurencyjnej oferty od potencjalnych oferentów.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 8

12 odprowadzeniowe monitorowanie EKG z funkcją analizy i transmisją przez modem GSM.

Wracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy pisząc modem GSM Zamawiający ma na myśli modem GSM w technologii 4G czy 3G? Pragniemy poinformować, że pierwsi dostawcy telekomunikacyjni w Polsce rozpoczynają proces wyłączenia technologii 3G po tym czasie modemy 3G nie będą pozwalały na przesył jakichkolwiek danych.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Zamawiający wymaga zaoferowania defibrylatora, który będzie miał możliwość przesyłu danych w technologii pozwalającej na bezproblemowy, stały przesył danych.

Pytanie 9

Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie oferujące pamięć zewnętrzną w formie karty CF? Takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie ryzyka zablokowania możliwości pracy urządzenia w przypadku awarii pamięci wew.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 10

Bezpłatna nielimitowana czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisja danych z 12-odprowadzeniowego zapisu EKG oraz mierzonych parametrów przez dedykowany modem do istniejących na dzień składania stacji odbiorczych w województwie łódzkim.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie – czy Zamawiający opisując powyższy parametr rozumie możliwość bezpłatnej nielimitowanej czasem dla nadawcy oraz odbiorcy danych z 12-odprowadzeniowego zapisu EKG oraz mierzonych parametrów przez dedykowany modem do ośrodków hemodynamicznych na terenie rejonu operacyjnego pogotowia łódzkiego?

Zamawiający wymaga bezpłatnej nielimitowanej czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisji danych z 12-odprowadzeniowego zapisu EKG oraz mierzonych parametrów przez dedykowany modem do istniejących na dzień składania ośrodków hemodynamicznych w województwie łódzkim.

Pytanie 11

Wzór umowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 14 do 30 dni roboczych. Ze względu na aktualną sytuację związaną z COVID-19 oraz problemami z dostawami komponentów w wielu branżach 14 dniowy termin dostawy może się okazać zbyt krótki na wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 12

Wzór umowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów umowy uwzględniającą „zwłokę”, zamiast „opóźnienie”. Zwłoka jest zawinionym przez Wykonawcę wydłużeniem terminu wykonania dostawy/ usługi. W związku z tym Wykonawca powinien być karany za własne zaniedbanie, nie zaś za opóźnienia np. produkcyjne, na które nie ma wpływu.

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 13

Wzór umowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodatnie do wzoru umowy zapisu określającego maksymalną wartość kar umownych, którymi może zostać obciążony Wykonawca.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
WSRM w Łodzi

dr. inż. ekon. Witold Olszewski

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP